

核能研究所重大研發設備相關資訊表

歸屬單位	化學組	預算代號	0072020302		
購買日期	100.5.26	財產編號	3100708-0207-0000007		
設備名稱	感應耦合電漿光譜儀				
類別	<input type="checkbox"/> 儀器類 <input type="checkbox"/> 微結構分析儀具 <input type="checkbox"/> 物理化學特性分析儀具 <input checked="" type="checkbox"/> 化學成分分析儀具 <input type="checkbox"/> 放射性分析儀具 <input type="checkbox"/> 機械性能測試儀具等 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 非儀器類				
廠牌名稱	HORIBA				
規格	(1)Cd 226.502nm 半波高寬須 $\leq 0.005\text{nm}$ (2)Al396.150nm 半波高寬須 $\leq 0.010\text{nm}$				
型號	ULTIMA-2				
設置場所	核研所化學組管制區				
採購途徑	<input checked="" type="checkbox"/> 國內採購 <input type="checkbox"/> 國外採購 <input type="checkbox"/> 自行設計(並委外)製作 <input type="checkbox"/> 其他：_____				
購置計畫名稱	放射性廢棄物特性鑑定及核種活度分析技術研究				
使用年限	5	每年維護費用估計	120 仟元		
功能說明	放射性樣品中微量元素之定量				
保管單位	化學組	保管人	楊參育	聯絡電話	5034
操作人員	楊參育	諮詢人員	蔡翠玲	聯絡電話	5028
是否為共同使用	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 註：所稱共同使用，係指可提供所內非保管單位使用，或兼可提供對外服務。				
可否提供對外服務	<input type="checkbox"/> 可 <input checked="" type="checkbox"/> 否 提供所外單位借用。 <input type="checkbox"/> 可 <input checked="" type="checkbox"/> 否 接受所外單位或自然人委託代為測試。 <input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否 同意所外單位派員或自然人自行操作。 填同意所外單位派員或自然人自行操作時，操作人員資格說明： <input type="checkbox"/> 其他(請說明)：				
開放服務項目	可提供技術服務項目：放射性 ICP 元素分析				

