

核能研究所重大研發設備相關資訊表

歸屬單位	保健物理組	預算代號			
購買日期	97/9/3	財產編號	31007090001-0000001		
設備名稱	校正級中能量 X 光機				
類別	<input type="checkbox"/> 微結構分析儀具 <input checked="" type="checkbox"/> 物理化學特性分析儀具 <input type="checkbox"/> 化學成分分析儀具 <input type="checkbox"/> 放射性分析儀具 <input type="checkbox"/> 機械性能測試儀具等 <input type="checkbox"/> 其他：_____				
廠牌名稱	GE				
規格	最大管電壓 320 kVp 輸出				
型號	ISOVOLT TITAN 320				
設置場所	035 館				
採購途徑	<input checked="" type="checkbox"/> 國內採購 <input type="checkbox"/> 國外採購 <input type="checkbox"/> 自行設計(並委外)製作 <input type="checkbox"/> 其他：_____				
購置計畫名稱					
使用年限	4	每年維護費用估計	10 仟元		
功能說明	游離腔劑量校正、人員劑量計劑量校正				
保管單位	保健物理組	保管人	朱健豪	聯絡電話	7741
操作人員	黃增德	諮詢人員	黃增德	聯絡電話	7721
是否為共同使用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 註：所稱共同使用，係指可提供所內非保管單位使用，或可提供對外服務。				
可否提供對外服務	<input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否 提供所外單位借用。 <input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否 接受所外單位或自然人委託代為測試。 <input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否 同意所外單位派員或自然人自行操作。 填同意所外單位派員或自然人自行操作時，操作人員資格說明： <input type="checkbox"/> 其他(請說明)：				
開放服務項目	游離腔劑量校正、人員劑量計劑量校正				

