

核能研究所重大研發設備相關資訊表

歸屬單位	機械系統	預算代號	97-A4-71-07-01 97-A3-71-07-01		
購買日期	98/5/11	財產編號	3100701-0028-0000008		
設備名稱	太陽電池模組驗證設備				
類別	<input type="checkbox"/> 微結構分析儀具 <input type="checkbox"/> 物理化學特性分析儀具 <input type="checkbox"/> 化學成分分析儀具 <input type="checkbox"/> 放射性分析儀具 <input type="checkbox"/> 機械性能測試儀具等 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：環境老化測試				
廠牌名稱	金頓科技				
規格	溫度:-50°C~120°C、溼度 85%RH				
型號	KD-9712TCSL、KD-9712DHSL、KD-9705WM-UV				
設置場所	核研所 041 館				
採購途徑	<input checked="" type="checkbox"/> 國內採購 <input type="checkbox"/> 國外採購 <input type="checkbox"/> 自行設計(並委外)製作 <input type="checkbox"/> 其他：_____				
購置計畫名稱	核能研究所高聚光太陽光發電高科驗證與發展中心建置 核三廠廠用海水泵馬達檢證				
使用年限	5 年	每年維護費用估計	200 仟元		
功能說明	環境老化測試，高低溫循環、紫外光老化曝曬 可執行測試計有溼冷測試、溼熱測試、熱循環測試、紫外光測試				
保管單位	機械系統	保管人	徐耀東	聯絡電話	03-4711400#6331
操作人員	許怡儒	諮詢人員	許怡儒、林聰得	聯絡電話	03-4711400#3402、3397
是否為共同使用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 註：所稱共同使用，係指可提供所內非保管單位使用，或可提供對外服務。				
可否提供對外服務	<input type="checkbox"/> 可 <input checked="" type="checkbox"/> 否 提供所外單位借用。 <input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否 接受所外單位或自然人委託代為測試。 <input type="checkbox"/> 可 <input checked="" type="checkbox"/> 否 同意所外單位派員或自然人自行操作。 填同意所外單位派員或自然人自行操作時，操作人員資格說明： <input type="checkbox"/> 其他(請說明)：				
開放服務項目	溼冷測試、溼熱測試、熱循環測試、紫外光測試				