

核能研究所重大研發設備相關資訊表

歸屬單位	機械系統	預算代號	96710301		
購買日期	96/7/18	財產編號	3100403-0007-0000003		
設備名稱	溫度循環測試系統				
類別	<input type="checkbox"/> 微結構分析儀具 <input type="checkbox"/> 物理化學特性分析儀具 <input type="checkbox"/> 化學成分分析儀具 <input type="checkbox"/> 放射性分析儀具 <input type="checkbox"/> 機械性能測試儀具等 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：熱老化測試				
廠牌名稱	巨孚				
規格	測試空間範圍 1.8m(W)×2.1m(H)×3m(D)				
型號	MAA0707-001				
設置場所	071 館				
採購途徑	<input checked="" type="checkbox"/> 國內採購 <input type="checkbox"/> 國外採購 <input type="checkbox"/> 自行設計(並委外)製作 <input type="checkbox"/> 其他：_____				
購置計畫名稱	新能源開發與應用計畫-聚光模組檢測與驗證				
使用年限	5 年	每年維護費用估計	200 仟元		
功能說明	可執行濕冷及溫度循環測試。 可用範圍：-60~160℃ ； 20~95% RH				
保管單位	機械系統	保管人	林聰得	聯絡電話	03-4711400#3397
操作人員	許怡儒	諮詢人員	許怡儒	聯絡電話	03-4711400#3402
是否為共同使用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 註：所稱共同使用，係指可提供所內非保管單位使用，或可提供對外服務。				
可否提供對外服務	<input type="checkbox"/> 可 <input checked="" type="checkbox"/> 否 提供所外單位借用。 <input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否 接受所外單位或自然人委託代為測試。 <input type="checkbox"/> 可 <input checked="" type="checkbox"/> 否 同意所外單位派員或自然人自行操作。 填同意所外單位派員或自然人自行操作時，操作人員資格說明： <input type="checkbox"/> 其他(請說明)：				
開放服務項目	太陽能模組熱性質測試、各式產品熱老化測試。				

