

核能研究所重大研發設備相關資訊表

歸屬單位	機械系統	預算代號			
購買日期	96/03/26	財產編號	3090103-0013-0000002		
設備名稱	電動閥測試系統				
類別	<input type="checkbox"/> 微結構分析儀具 <input type="checkbox"/> 物理化學特性分析儀具 <input type="checkbox"/> 化學成分分析儀具 <input type="checkbox"/> 放射性分析儀具 <input checked="" type="checkbox"/> 機械性能測試儀具等 <input type="checkbox"/> 其他：_____				
廠牌名稱	Teledyne				
規格	測試電動閥用				
型號	Quiklook II				
設置場所	本所 041 館				
採購途徑	<input checked="" type="checkbox"/> 國內採購 <input type="checkbox"/> 國外採購 <input type="checkbox"/> 自行設計(並委外)製作 <input type="checkbox"/> 其他：_____				
購置計畫名稱	核三廠一、二號機第 16 次及第 17 次大修專業檢測及特殊服務工作				
使用年限	5 年	每年維護費用估計	500 仟元		
功能說明	針對電動閥實施診斷測試，評估電動閥整體狀況是否良好，以提供維修與改善建議，使電動閥維持良好工作狀態。				
保管單位	機械系統	保管人	余政融	聯絡電話	03-4711400#3392
操作人員	林祐詳	諮詢人員	林祐詳	聯絡電話	03-4711400#3365
是否為共同使用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 註：所稱共同使用，係指可提供所內非保管單位使用，或可提供對外服務。				
可否提供對外服務	<input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否 提供所外單位借用。 <input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否 接受所外單位或自然人委託代為測試。 <input type="checkbox"/> 可 <input checked="" type="checkbox"/> 否 同意所外單位派員或自然人自行操作。 填同意所外單位派員或自然人自行操作時，操作人員資格說明： <input type="checkbox"/> 其他(請說明)：				
開放服務項目	電動閥診斷測試、人員訓練				

