

核能研究所重大研發設備相關資訊表

歸屬單位	保物組	預算代號	0372010302		
購買日期	103/8/13	財產編號	31110010018-103-0000001		
設備名稱	數位 X 光攝影系統				
類別	<input checked="" type="checkbox"/> 儀器類 <input type="checkbox"/> 微結構分析儀具 <input checked="" type="checkbox"/> 物理化學特性分析儀具 <input type="checkbox"/> 化學成分分析儀具 <input type="checkbox"/> 放射性分析儀具 <input type="checkbox"/> 機械性能測試儀具等 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 非儀器類				
廠牌名稱	PHILIPS				
規格	X 光產生器電壓範圍：40kV to 150kV；X 光管球焦班：小焦班 0.6 mm、大焦班 1.2 mm 及自動偵測曝光擷取影像數位陣列 2560 x 3072				
型號	Optimus 65				
購買金額	4,308,800 元	設置場所	035 館		
採購途徑	<input type="checkbox"/> 國內採購 <input checked="" type="checkbox"/> 國外採購 <input type="checkbox"/> 自行設計(並委外)製作 <input type="checkbox"/> 其他：_____				
購置計畫名稱	核設施輻射偵測儀器檢校技術精進計畫				
使用年限	8	每年維護費用估計	0 仟元		
功能說明	數位 X 光攝影系統包括：X 光管球、高壓產生器以及影像偵檢器。主要針對影像偵檢器的性能測試用途。				
保管單位	保健物理組	保管人	朱健豪	聯絡電話	7741
操作人員	黃增德	諮詢人員	朱健豪	聯絡電話	7741
是否為共同使用	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 註：所稱共同使用，係指可提供所內非保管單位使用，或兼可提供對外服務。				
可否提供對外服務	<input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否 提供所外單位借用。 <input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否 接受所外單位或自然人委託代為測試。 <input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否 同意所外單位派員或自然人自行操作。 填同意所外單位派員或自然人自行操作時，操作人員資格說明： <input type="checkbox"/> 其他(請說明)：				
開放服務項目	醫學影像品質研究				
計價標準	依本所計價服務程序，視個案服務內容(依照射時間、操作程序等條件)進行議價				

